

Số: /TM-YTST

Sơn Trà, ngày tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mua sắm Que thử đường huyết cho các Trạm Y tế phường
trên địa bàn quận Sơn Trà

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua sắm que thử đường huyết mao mạch phục vụ công tác khám sức khỏe người cao tuổi cho các Trạm Y tế phường trên địa bàn quận Sơn Trà.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng que thử đường huyết cụ thể như sau: Phụ lục đính kèm.

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối đến ngày 01 tháng 06 năm 2023

Nơi nhận: Khoa Dược - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thông tin được đăng tải tại trang Web đơn vị:
<https://benhviensontra.com.vn/vi/>

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau:

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc tạo giá.
- Hồ sơ sản phẩm theo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, KD-TTB-VTYT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Văn Đình Hoài

PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm thư mời chào giá số: /TM-YTST ngày tháng 5 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà)

T T	Tên hàng hoá	Hãng sản xuất (tham khảo)	Phân nhóm	Thông số kỹ thuật tương đương (tham khảo)	Quy cách	ĐVT	Số lượng
1	Que thử đường huyết	Taidoc-Đài Loan	Nhóm 4	Thông số kỹ thuật của que thử: - Sử dụng công nghệ Glucose oxidase (GOD) 300 đơn vị; công nghệ GDH-FAD (thế hệ V, tiêu chuẩn ISO 15197:2013; ISO 15197:2015) - Potassium ferricyanide 9,0 mg - Vùng đo: 10 ~800mg/dL (0.56 ~ 44.4 mmol/L) - Thẻ tích mẫu: 0.5 µl - Thời gian thử: 5 giây. - Giới hạn hct: 0%-70%. (Đặt máy FC-G168 /Taidoc Đài Loan, công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức miễn phí theo nhu cầu thực tế của bệnh viện)	Hộp/ 50 test	Test	7.000